SKJEMA NR: .....

Svein Sundby
Fiskeridirektoratets
havforskningsinstitutt
Nordnesparken 2
5011 Bergen-Norden

STASJONSSKJEMA FOR SELVREGISTRERENDE STRØMMÅLERE

Institusjon: Nordland distriktshøgskole, Bodø.

Prosjekt : Utveksling av randåte i Vestfj Pr. nr.: _____

Stasjonsnr.:	Fartøy: F/F Rand
Posisjon: Hjartöy N 67° 39' E 14° 58' 0,75 nm av Hjartöydragen (SV-spissen) Rettvisende peiling til Hjertöydragen 140°	Ekkoloddyp: 190m
Bøye type: Undervannsbøye	Navigasjonsmiddel: Radar og peiling
Bøye dyp (m): 8m	Koordinater : 1 2 3
Bøyemerking: Blåse	
Anmerkninger utsetting: OK	Anmerkninger opptaking: Markeringsblåse avslitt, bøye splint måler avslitt. Rotor avslitt. Bøye 6 11" kuler igjen. Stark begroing.
Ansvarlig: Magne Haakstad	Ansvarlig: M. H., Løytnant Olsen "Draug"

Instr.nr/tape nr: 3941	Ref.nr:	EDB kode nr:
Sledyb (m): 15m	Gearforhold:	Måleintervall (min): 30

	År	Mnd	Dag	Kl NNT
Første måling	77	02	18	0900
Første måling i måleposisjon	77	02	18	1200
Ut av måleposisjon	77	08	17	ca kl 1700
Siste måling	77	08	18	0902

EDB kommentar:

Antall målinger: 8693

Antall måledøgn:

Kalibrering: T= 0.02277×N − 2.46
V= 0.0933×N + 1.5 ← (Elektronisk gear, automatisk null stilling)
Dir.= 1.5 + 0.349×N + 1.5
↑ (Misvisning)

Konvertert (dato)

SKJEMA NR:.....

STASJONSSKJEMA FOR SELVREGISTRERENDE STRØMMÅLERE

Institusjon: Nordland distriktshøgskole, Bodø.

Prosjekt : Utveksling av randite i Vestf Pr. nr.: _____

Stasjonsnr.:	Fartøy: „F/F Rand"
Posisjon: Bliksvær N 67° 15' E 13° 51' 1n.m vest av Kvithamen Kvitholmen i 90°	Ekkoloddyp: 200m
Bøye type: Undervannsbøye	Navigasjonsmiddel: Koordinater : 1 2 3
Bøye dyp (m): 6m	
Bøyemerking: Blåse	
Anmerkninger utsetting:	Anmerkninger opptaking:
Ansvarlig: Magne Haakstad	Ansvarlig:

Instr.nr/tape nr: 163/	Ref.nr:	EDB kode nr:
Måledyb (m): 15	Gearforhold:	Måleintervall (min): 30

	År	Mnd	Dag	Kl NNT
Første måling	77	02	10	1000
Første måling i måleposisjon	77	02	15	1600
Ut av måleposisjon	77	06	03	0945
Siste måling	77	06	10	1033

EDB kommentar:

Antall målinger: 5762 ok.

Antall måledøgn:

Kalibrering:

T= 0.02277 x N − 2.46

V= 0.0933 x N + 1.5 ← (Elektronisk gear, automatisk nullstilling)

Dir.= 1.5 + 0.349 x N + 1.5

↑ (Misa)

Konvertert (dato)